

ADEQUAÇÃO DA FIXAÇÃO DO CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA- PICC

QualiJuntos, 1ª edição, de 30/09/2025 a 01/10/2025
ISBN dos Anais: 978-65-5465-161-5

OLIVEIRA; Maria Beatriz Filomena da Silva¹, SILVA; Sandra Soares da Silva², QUITÉRIO; Ligia Maria Quitério³, MIYAMOTO; Denise⁴

RESUMO

Adequação da fixação não Aderente para cateter PICC na UI Dermatologia- ICHC
Ao observar a fragilidades no processo medicamento, falha de acesso venoso, múltiplas punções e flebites em pacientes com lesões de pele e doenças bolhosas atendidos na Unidade de Internação da Dermatologia do ICHC, que dificultava a passagem de Cateter PICC, iniciamos um trabalho amplo e completo para adequação da fixação de cateter PICC na unidade, para o qual utilizamos os 5 Porquês e o Ciclo PDCA para nos auxiliar na identificação de problema e a oportunidades de melhorias e planejamento das ações necessárias. O objetivo da ação é melhorar a assistência de Enfermagem no processo medicamentoso, conforto e segurança do paciente, diminuição no número de Punções e Flebites. Diante dessa situação, analisou-se a necessidade de implementar um curativo não aderente a pele, seco e seguro. O nosso desafio era criar ou adaptar esse curativo de forma simples, com baixo custo, com materiais presente na Instituição e que fosse eficiente. Também de inspirar novos hábitos e inovação na realização do curativo. Material utilizado: Lâmina de Rayon estéril, faixa crepe, fita não aderente hipoalérgica e malha tubular, observando a inserção do cateter com a troca Diária do curativo.

PALAVRAS-CHAVE: Lesão de pele, Fixação PICC

¹ ICHC, maria.bfsoliveira@hc.fm.usp.br

² ICHC, sandra.silva@hc.fm.usp.br

³ ICHC, Ligia.quitério@hc.fm.usp.br

⁴ ICHC, denise.miyamoto@hc.fm.usp.br